



انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی - ایران
برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (EQAP)
دوره سی و ششم (نوبت اول سال ۱۳۹۹)



« نمونه مجهول مارکهای قلبی »

انتقادات و پیشنهادهای خود را درباره برنامه دوره سی و ششم EQAP بخش مارکهای قلبی اعلام بفرمائید.

توجه:

این برگ پاسخدهی فقط برای آزمایشگاههایی است که در برنامه نمونه مجهول مارکهای قلبی ثبت نام کردهاند و برای آنها نمونه ارسال شده است.

توجه: ثبت کد شناسایی الزامی است
نام آزمایشگاه: _____ کد شناسایی آزمایشگاه: EQAP -

برای آزمایش روی نمونه با مشخصات: B2- 9936

زمان پاسخدهی فقط از طریق اینترنت ۹۹/۰۶/۲۴ تا ۹۹/۰۷/۰۶

توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را برای پیگیریهای بعدی برای خودتان یادداشت فرمائید.

روش استفاده:

- ۱- نمونه مجهول را از یخچال خارج کرده و با 1mL آب مقطر دیونیزه بازسازی کنید. (درب لاستیکی را با احتیاط بردارید تا خلاء موجود در ویال سبب پراکنده شدن مواد و پودر خشک شده از داخل ویال نشود).
- ۲- در زمان آزمایش طبق دستور العمل روش موجود در آزمایشگاه آزمایش را انجام داده و نتیجه را گزارش نمائید.
- ۳- نمونه مجهول را تا زمان آزمایش در داخل یخچال قرار دهید.

توجه:

- ۱) نمونه ارسالی از منابع انسانی تهیه شده است و باید به مثابه یک نمونه بیمار تلقی و با حفظ کلیه احتیاطهای لازم در خصوص بیماریهای عفونی نظیر هیپاتیت B، هیپاتیت C و HIV با آن کار شود.
- ۲) خواهشمند است جدول انجام آزمایشها را بر اساس اطلاعات درخواستی شامل نام سازنده کیت، شماره سری ساخت کیت، روش انجام، مدت مورد استفاده و نتیجه بدست آمده، به شکل صحیح و خوانا پر نمائید بدیهی است ثبت ناقص اطلاعات مورد نیاز سبب دسته بندی و آنالیز آماری نامناسب یا حذف آزمایش خواهد شد.

آزمایش های قابل انجام بر روی این نمونه عبارتند از:

1. Total CK 2. CK-MB (Activity) 3. CK-MB (Mass) 4. Troponin I 5. High-sensitive Troponin I



انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی - ایران
برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (EQAP)
دوره سی و ششم (نوبت اول سال ۱۳۹۹)



نتیجه آزمایش	واحد گزارش	متد مورد استفاده براساس بروشور کیت	روش انجام	شماره سری ساخت کیت	نام سازنده کیت	نام آزمایش
	U/L	☐ Hexokinase / G ₆ PD ☐ Hexokinase / G ₆ PD with NAC	○ دستی ○ دستگاهی			Total CK
	U/L	☐ Activity	○ دستگاهی			CK-MB(Activity)
	ng/mL	☐ Mass	○ دستگاهی			CK-MB(Mass)
	ng/mL	☐ ELISA or EIA ☐ RIA or IRMA ☐ Chemiluminescent or ECL ☐ ELFA	○ دستگاهی			Troponin I
	ng/L	☐ ELISA or EIA ☐ RIA or IRMA ☐ Chemiluminescent or ECL ☐ ELFA	○ دستگاهی			High-sensitive Troponin I

تذکر مهم: همکاران گرامی لازم است دقت لازم را در انتخاب روش اندازه گیری CK-MB و Troponin I و واحد گزارش مربوطه داشته باشند.

دستگاه ایمونوآنالایزر	مدل دستگاه	
دستگاه کاردیاک ریدر	مدل دستگاه	

پیشنهادهات:-----

انتقادات:-----

نام مسئول فنی

تاریخ:

مهر و امضاء

قابل توجه کلیه همکاران: ثبت نتایج تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است لطفا ارسال پستی نفرمائید.