« نمونه مجهول خون کنترل(H4)»

تذکر: در خون کنترل از RBCهای هسته‌دار پرندگان بجای گلبول سفید استفاده می‌شود، لذا در صورت استفاده از سل کانترهای فول دیف، ضروری است آپشن یا گزینه diff دستگاه را غیرفعال کنید تا شمارش WBC شما تحت تاثیر قرار نگیرد.

توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را برای پیگیری‌های بعدی برای خودتان یادداشت نمائید.

بسته بندی و نگهداری و پایداری:

نمونه حاوی خون کنترل بوده که باید در دمای ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد در یخچال نگهداری شود. این فرآورده پس از بازشدن شیشه به مدت ۶ روز در یخچال پایدار است و نباید یخ بزند. خون کنترل باید همانند یک نمونه بیمار و تحت همان شرایط نگهداری و مصرف شود.

روش کار: نحوه استفاده صحیح از خون کنترل

۱-پروب (نیدل) سل کانتر را با یک پد الکلی تمیز کنید و اجازه دهید تا کاملا خشک شود.

۲-خون کنترل را از یخچال خارج کنید و به صورت وارونه به مدت۱۰ تا ۱۵ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید. (خون کنترل را به هیچ وجه تا زمانی که سرد است، روی روتاتور یا میکسر خورشیدی قرارندهید.)

۳-قبل از انجام آزمایش، خون کنترل را به آرامی۲۰ بار سر و ته کرده و همزمان بین انگشتان خود بچرخانید یا اینکه ۵ دقیقه روی میکسر خورشیدی قرار دهید تا هم سروته شود (Invert) و هم بچرخد (Rotate).

۴-خون کنترل نباید بیشتر از ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار بگیرد آن را سریعا به یخچال منتقل کنید و از یخ زدگی آن نیز جلوگیری نمایید.

۵-پس از اطمینان از کنترل کیفی اولیه سل کانتر، خون کنترل را جهت شمارش به دستگاه داده و سپس به یخچال برگردانید.

توجه: ثبت کد شناسائی الزامی است

نام آزمایشگاه: ---------- کد شناسائی آزمایشگاه : ☐☐☐☐☐ - EQAP

برای آزمایش روی نمونه با مشخصات: H4- 0555 زمان پاسخ‌دهی فقط از طریق اینترنت ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ تا ۱۴۰۵/۰۹/۲۵

نام دستگاه سل‌کانتر---------- مدل دستگاه سل‌کانتر------- نوع دستگاه سل کانتر: ☐ Partial Diffe ☐ Full Diffe

توجه: نام دستگاه سل‌کانتر را حتما بطور کامل گزارش نمائید. گروه بندی و آنالیز بر اساس نام سازنده دستگاه سل‌کانتر انجام می شود.

خواهشمند است به واحدهای ذکر شده در ستون واحد توجه نمائید، عدم توجه به این مهم، باعث حذف شدن نتایج آزمایشگاه شما از آنالیزهای آماری خواهد شد.

نام پارامتر	واحد گزارش	نتیجه	به طور مثال
WBC	$\times 10^3/\mu L$	☐☐/☐☐	8.54
RBC	$\times 10^6/\mu L$	☐☐/☐☐	4.32
Hb	g/dL	☐☐/☐	13.3
Hct	%	☐☐/☐	40.7
MCV	fL	☐☐☐/☐	94.2
MCH	pg	☐☐/☐	30.7
MCHC	g/dL	☐☐/☐	32.5
Plt.	$\times 10^3/\mu L$	☐☐☐	228